Niedersächsisches Landesgesundheitsamt

Krankenhaushygiene-Labor
Roesebeckstraße 4-6 • 30449 Hannover
☎ Tel.: (0511) 4505-282 Fax -250
✉ E-Mail: hygiene@nlga.niedersachsen.de

Stand: Feb. 2025

Informationen zur Rücksendung von Flüssigkeiten

Bitte beachten Sie:

Nach Durchführung der Beprobung müssen die flüssigen Proben schnellstmöglich und gekühlt z.B. in einer Styroporverpackung mit Kühlpack ins Hygiene-Labor transportiert werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Probe spätestens am Tag nach der Probenahme im Labor weiterverarbeitet werden kann (z.B. durch Expressversand über Nacht oder Selbstanlieferung), um valide Ergebnisse zu erhalten

Bei Nichtbeachtung werden die Proben nicht angelegt, da falsch positive oder auch falsch negative Ergebnisse die Folge sein könnten.